



ЦАРИЦА ЙОАННА ·
ИСУЛ



ПРОТОКОЛ

Днес, 15.08.2016 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02-383/15.08.2016г. г. на изпълнителния директор на лечебното заведение се събра комисия в състав:

Председател:

г-жа Радка Калъпова – гл.юрисконсулт,

Членове:

1. Д-р Велислава Начкова - Н-к Спешно отделение;
2. Г-жа Лилия Стателова - счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“;
3. Г-н Йончо Йончев - ръководител сектор „Техническо поддържане“;
4. Г-жа Ваня Иванова - административен организатор в сектор „Договори и договорни партньори“, със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки постъпилите оферти за обособена позиция № 2 „Доставка на един брой преносим имунологичен анализатор тип РОС“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД открита с обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в регламентирания срок за подаване на офертите за участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Доставка на един брой преносим имунологичен анализатор тип РОС“ - до 16:30 часа на 14.08.2016 г. са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|
| 1. „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД | вх. № 4/08.08.2016г. | 12:45 ч. |
| 2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД | вх. № 8/12.08.2016г. | 15:50 ч. |

След изчитане на списъка с постъпилите оферти, всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, ал.2 от ЗОП - за липса на конфликт на интереси с участниците.

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и приемането на офертите за участие по обособена позиция № 2 „Доставка на един брой преносим имунологичен анализатор тип РОС“ и пристъпи към тяхното отваряне, по реда на постъпването им съгласно списъка.

ОФЕРТА № 1 подадена от „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД

След отваряне на офертата комисията констатира, че същата съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника опис, след което председателят на комисията отвори и оповести предлаганата цена за изпълнение на поръчката – 16 500,00 лв. без ДДС или 19 800,00 лв. с ДДС.

ОФЕРТА № 2 подадена от „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД

След отваряне на офертата комисията констатира, че същата съдържа изискуемите от Възложителя документи, отговарящи на приложения от участника опис, след което председателят на комисията отвори и оповести предлаганата цена за изпълнение на поръчката – 6 120,00 лв. без ДДС или 7 344,00 лв. с ДДС.

На закрито заседание комисията се събра за разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката, съдържащи се в офертите на участниците, както следва:

1. „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД - Проверката за съответствието на техническото предложение на участника /включително и представения каталог с техническите данни на предлагания преносим имунологичен анализатор модел „Samsung Labgeo IB 10“/ установи, че същото е в пълно съответствие с изискванията съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на гореизложеното, комисията реши: допуска до класиране в процедурата участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД.

2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД - Проверката за съответствието на техническото предложение на участника /включително и представения каталог с техническите данни на предлагания преносим имунологичен анализатор модел „Getein 1100“/ установи, че същото не е в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие, поради следните обстоятелства:

На първо място - В представеното техническо предложение, участникът е посочил, че акумулаторната батерия на предлагания имунологичен анализатор издържа без заряд до 8 часа, както са изискванията в техническата документация като същевременно, в представения каталог /с превод на български език/ е посочено, че работата на батерията е до 5 часа. При това несъответствие в техническите данни посочени в техническото предложение и представения каталог, комисията направи допитване до производителя на имунологичен анализатор модел „Getein“ - Getein Biotech, Inc, относно издръжливостта на батерията. С изпратено на 20.09.2016 г. електронно съобщение от Getein Biotech, Inc., производителят категорично е отговорил, че акумулаторната батерия на имунологичен анализатор модел „Getein 1100“ може да бъде използвана без презареждане “около 3 часа”.

На второ място - При направена проверка от комисията в сайта на производителя Getein Biotech, Inc., се установи, че посочените в техническото предложение за изпълнение на поръчката данни отговарят на модел Getein1100, а визуалното изображение в представения каталог е на модел Getein 1100 (New), който от своя страна е с различни /по-добри/ технически показатели.

С оглед на гореизложеното, комисията реши: не допуска до класиране в процедурата участника „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД.

С оглед на констатираното в настоящия протокол, като взе предвид, че до класиране е допуснат само единият от участниците, на основание чл. 195 във връзка с чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, процедурата се прекратява.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, съставеният протокол е представен на Възложителя за утвърждаване на ...02.10.2016 г.

Комисия:

Председател: г-жа Радка Калъпова

Членове: 1. д-р Велислава Начкова

2. г-жа Лилия Стателова

3. г-н Йончо Йончев

4. г-жа Ваня Иванова

