УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД
Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. "Бяло море" № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180
http://ww[illegible]isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·
ИСУЛ

Заличено съгл. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Утвърд[illegible]
Изпълнител[illegible]
.....
/проф. д-р Бойко Георгиев Коруков/
.....31.01.....2019г.

П Р О Т О К О Л № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **"Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД"**. Процедурата е обявена с Решение № РД-03–39/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор. Решението е публикувано в регистъра на АОП под № **00494-2018-0017**.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние, комисията изготви Протокол №1/19.10.2018 г. с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

В законоустановения срок от получаване на протокола участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на последващо заседание.

С писмо Вх. № 2105/25.10.2018 г. участникът **„Ка-М Медикъл" ЕООД** представи нов „Опис на представените документи", в който са описани поименно петте отделно комплектувани Технически предложения и Ценови предложения от офертата на участника.
Комисията констатира, че представеният документ е изготвен в съответствие с изискванията на документацията и насоките на комисията. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска **„Ка-М Медикъл" ЕООД** до разглеждане на техническите предложения.

С писмо Вх. № 2129/26.10.2018 г. участникът **„Благи" ООД** представи:
- нов „Опис на представените документи", в който са описани поименно шестте отделно комплектувани Технически предложения, респективно Ценови предложения от офертата на участника;
- „Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си";
- диск, съдържащ два *е*ЕЕДОП в PDF формат.

С разглеждането на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор Комисията констатира следното: Представените документи са изготвени в съответствие с изискванията на документацията и насоките на комисията. Представените два *е*ЕЕДОП-а в PDF формат са цифрово подписани, като всеки управител е подписал отделен *е*ЕЕДОП. Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска **„Благи" ООД** до разглеждане на техническите предложения.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на техническите предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, за съответствие с техническите изисквания, посочени в документацията за участие в процедурата. Само на участниците, чиито технически предложения отговарят на предварително обявените условия на възложителя, комисията извършва проверка за съответствие на оферирания медицински шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по *Приложение № 1*, с параметрите в техническата спецификация от документацията, и подробните проспекти/каталози, съдържащи пълни технически показатели и параметри. Само на допуснатите номенклатурни единици от офертите на участниците комисията дава оценка по показател "Качество" съгласно методиката за оценка.

Съгласно документацията Техническо предложение следва да съдържа:
1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по *Приложение № 1*, включващо и срок за доставка.
3.Декларация за съгласие с клаузите на договора - *Приложение № 2*;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - *Приложение № 3*;
5.Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферирания медицински шевен материал за целия срок на договора – свободен текст;
6.Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал. 2 от ЗМИ оферирания медицински шевен материал е сертифициран и притежава CE марка– свободен текст;
7.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника от производителя на оферирания шевен материал;
8.Подробни проспекти/каталози на български език, съдържащи пълни технически показатели и параметри на медицинския шевен материал, за който се участва;
9.Списък на предоставените мостри на оферирания шевен материал.

За проверка на съответствието на оферирания шевен материал със заложените в Техническата спецификация параметри, както и прилагане на избрания критерий за възлагане на обществената поръчка - «оптимално съотношение качество/цена», Възложителят е изискал предоставяне на мостри. Върху всяка мостра следва да има надпис, съответстващ на обособената позиция и номенклатурната единица. До участие се допускат само участници, представили мостри по всички артикули от номенклатурните единици, за които са подали оферта. Предоставените мостри следва да съответстват с параметрите, посочени в

техническото предложение на участника, и заложени в документацията по отношение на вид, дебелина и дължина на конеца, форма и вид на иглата. Непредставянето на мострите по указания начин води до отстраняване от участие в процедурата за съответната номенклатурна единица. Оферти, които не съответстват на заложените параметри в Техническата спецификация, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. Възложителят е допуснал следните отклонения в параметрите:

1/ Отклонения до ± 1 мм в размера на иглата за всички обособени позиции и номенклатурни единици с изключение на шевен материал за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 5, номенклатурна единица №6, артикули 3 и 4;
2/Отклонения до ± 5 см в дължината на конеца за всички обособени позиции и номенклатурни единици с изключение на шевен материал за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 5, номенклатурна единица №6, артикули 3 и 4.

До оценка по показател "Качество" съгласно утвърдената методика се допускат само оферти, които съответстват на заложените параметри в Техническата спецификация. Показател "Качество" /Пк/ се изразява с цифра на стойност до 50 т. въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри и на изискванията, съотносими за клиниката, за която са предназначени. Оценката е обща /една/ за цялата номенклатурна единица. При оценка нула на което и да е от посочените в документцията изисквания, съответната номенклатурна единица от обособената позиция се отстранява и не се допуска до класиране.

Разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците

1. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „МТИ" ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1 и 2 и обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 и съдържа две Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 3 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „МТИ" ООД за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1 и 2 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1 и 2, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. За номенклатурна единица № 1, артикул 1 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри "1/2 кръг, 27 mm, обла, 3-0, 75" в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирал шевен материал с параметри "1/2 кръг, 27 mm, обла, 3-0, 70", но е посочен каталожен № на шевен материал с параметри "1/2 кръг, 27 mm, обла, 2-0, 70", каквато е и предоставената мостра. Комисията счита, че с несъответствието на артикул 1 предложението на участника за номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „МТИ" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага на Възложителя **„МТИ" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 1.

Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Извършената проверка за номенклатурна единица № 2 установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „МТИ" ООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 2.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 3 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска **„МТИ" ООД** за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 1, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Извършената проверка установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри, и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „МТИ" ООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 1.

2. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Благи" ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№1÷6, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1, 4 и 5, обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 2÷9, обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 1÷5, обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 2÷8, обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№ 1 и 2 и съдържа шест Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№1÷6 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№1÷6, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри, с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 4. При изискване за нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат шевен материал участникът оферира нерезорбируем конец, плетен, с покритие полиестер. Комисията счита, че предложението на участника за номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:

1/ **допуска „Благи" ООД** до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№1÷3, 5 и 6.
2/ не допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 4.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Благи" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 4.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите параметри.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1, 4 и 5 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1, 4 и 5, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 1, 4 и 5.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 2÷9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№2÷9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри, с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 9. При изискване за синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция, 1/2 кръг 45 мм, обла игла със затъпен връх за паренхимни органи, лента 3мм, дължина на конеца 60 см, участникът оферира резорбируем конец, плетен, с покритие, тъповърха игла 45 мм, 1/2, 2/0, дължина на конеца 60 см. Комисията счита, че предложението на участника за номенклатурна единица № 9 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Благи" ООД до оценка на предоставената мостра за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 9.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Благи" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 9.
Мотиви:

Оферирания шевен материал за обособена позиция № 4 номенклатурна единица 9 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри за номенклатурни единици №№ 2÷8 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 4 номенклатурни единици №№ 2÷8.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 1÷5 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1÷5, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри, с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 3. При изискване за синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон, лигатура, 5, 2x76 участникът оферира нерезорбируем конец, плетен, полиестер с покритие, лигатура, 3-4, 2x76. Комисията счита, че предложението на участника за номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Благи" ООД до оценка на предоставените мостри за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 3.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Благи" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 3.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри за номенклатурни единици №№ 1, 2 и 4 и 5 отговарят на изискванията на Възложителя. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за номенклатурни единици №№ 1, 2 и 4 и 5.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 2÷8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 2÷8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с

параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 2÷8.

Техническото предложение за обособена позиция № 7 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Благи" ООД за обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№ 1 и 2 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1 и 2, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Благи" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1 и 2.

3. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Ка-М Медикъл" ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 5, 6, 8 и 9, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 7 и 8, обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 8, обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 2, обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 4 и 10 и съдържа пет Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Ка-М Медикъл" ЕООД** за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 5, 6, 8 и 9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 5, 6, 8 и 9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 9, артикул 1 - при изискване за хемостатична мрежа с размери *5см/7см* участникът оферира хемостатична мрежа с размери *5см/7,5см* Комисията счита, че с несъответствието на артикул 1 предложението на участника за номенклатурна единица № 9 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 9.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Ка-М Медикъл" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 9.

Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 9 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри от номенклатурни единици №№ 5, 6 и 8 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 5, 6 и 8.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Ка-М Медикъл" ЕООД** за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 7 и 8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 7 и 8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за
обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 7 и 8.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Ка-М Медикъл" ЕООД** за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 4, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставената мостра отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 8.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Ка-М Медикъл" ЕООД** за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 2 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с

параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 2, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция позиция № 5, номенклатурна единица № 2.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Ка-М Медикъл" ЕООД** за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 4 и 10 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 4 и 10, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Ка-М Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 4 и 10.

4. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Бикомед" ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 8, обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 2 и 3, обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 7, обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 10 и съдържа четири Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Бикомед" ООД** за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Бикомед" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за

обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 8.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Бикомед" ООД** за обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 2 и 3 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 2 и 3, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска **„Бикомед" ООД** до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 2 номенклатурни единици №№ 2 и 3.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Бикомед" ООД** за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 7 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 7, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставената мостра. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставената мостра отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Бикомед" ООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 7.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Бикомед" ООД** за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 10 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 7, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Бикомед" ООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 10.

5. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Рей Медикъл" ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1, обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 6, обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 2, 4 и 5, обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 8 и съдържа четири Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Рей Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 1, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Номенклатурна единица № 1 съдържа 9 артикула. Проверката установи пълно съответствие, с изключение на шевния материал от артикул 1- при изискване за шевен материал с параметри *„синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие, 1/2 кръг, 10 mm, обла игла, 5-0»*, участникът оферира «*синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие, 1/2 кръг, 13 mm, обла игла, 5-0»*. Комисията счита, че с несъответствието на артикул 1 предложението на участника за номенклатурна единица № 1не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Рей Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Рей Медикъл" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Рей Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 6 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 6, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Рей Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 6.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 съдържа всички изискуеми от

Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Рей Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 2, 4 и 5 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 2, 4 и 5, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Рей Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 2, 4 и 5.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „Рей Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 6, номенклатурна единица 8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Номенклатурна единица № 8 съдържа 6 артикула. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри само на шевния материал от артикули 5 и 6. Предоставените мостри от шевния материал от артикули 1, 2, 3 и 4 не отговарят на изискванията, а именно:
-При изискване за *„естествена плетена коприна от органичен протеин, лигатура, 2-0, 5x75"* за артикул 1, участникът оферира лигатура от *естествена плетена коприна, 2-0, 12x75;*
-При изискване за *„естествена плетена коприна от органичен протеин, лигатура, 0, 5x75"* за артикул 2, участникът оферира лигатура от *естествена плетена коприна, 0, 10x75;*
-При изискване за *„естествена плетена коприна от органичен протеин, лигатура,1,17x50"* за артикул 3, участникът оферира лигатура от *естествена плетена коприна, 1, 17x45;*
-При изискване за *„естествена плетена коприна от органичен протеин, лигатура, 2, 17x50"* за артикул 4, участникът оферира лигатура от *естествена плетена коприна, 2, 17x45.*
Комисията счита, че с несъответствието на артикули 1, 2, 3 и 4 предложението на участника за номенклатурна единица № 8 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Рей Медикъл" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 8.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Рей Медикъл" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 8.

Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 8 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

6. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Сърджимед" ЕООД:

Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 4, 7, 8 и 9, обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 1, 2, 4, 5, 7 и 8, обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 1, обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 2, 4, 5, 7 и 10, обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№1 и 2 и съдържа шест Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 3, артикул 5 - при изискване за шевен материал с параметри *„нерезорбируем монофиламентен полипропилен, 3/8 кръг, 19 mm, обратно режеща, 4-0, 75 см»*, участникът оферира *«нерезорбируем монофиламентен полипропилен, 3/8 кръг, 18,7 mm, обратно режеща, 4-0, 45 см.*" Комисията счита, че с несъответствието на артикул 5 предложението на участника за номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Сърджимед" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри от номенклатурни единици №№ 1, 2, 5, 6, 8 и 9 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 1, 2, 5, 6, 8 и 9.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 4, 7, 8 и 9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни №№ 4, 7, 8 и 9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 4, 7, 8 и 9.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 1, 2, 4, 5, 7 и 8 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1, 2, 4, 5, 7 и 8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 1, а именно:
-За артикул 8 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2кръг, 43 мм обла игла, 1, 90 см." участникът оферира «1/2кръг, 39,9 мм обла игла, 1, 90 см.";*
-За артикул 11 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2кръг, 43 мм обла игла, 2, 90 см." участникът оферира «1/2кръг, 39,9 мм обла игла, 2, 90 см.";*
-За артикул 12 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка, 2, 4х45" участникът оферира „1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна опаковка, 2, 5х45"*
Комисията счита, че с несъответствието на артикули 8, 11 и 12 предложението на участника за номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка на предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Сърджимед" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри от номенклатурни единици №№ 2, 4, 5, 7 и 8 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 4 номенклатурни единици №№ 2, 4, 5, 7 и 8.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 1 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 1, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с

параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Сърджимед"ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 2, 4, 5, 7 и 10 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 2, 4, 5, 7 и 10, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 7, артикул 8. При изискване за шевен материал с параметри *„3/8кръг,13мм режеща, 3-0, 45 см*" участникът оферира «*3/8кръг,16мм режеща, 3-0, 75 см*", а представя мостра «*3/8кръг, 29,9мм режеща, 3-0, 75 см*". Комисията счита, че с несъответствието на артикул 8 предложението на участника за номенклатурна единица № 7 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 7.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Сърджимед" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 7.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 6, номенклатурна единица № 7 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри от номенклатурни единици №№ 2, 4, 5 и 10 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 6 номенклатурни единици №№ 2, 4, 5 и 10.

Техническото предложение за обособена позиция № 7 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 1 ден. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Сърджимед" ЕООД** за обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№ 1 и 2 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.
Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1 и 2, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри с изключение на шевния материал от номенклатурна единица № 1, артикули 9 и 10, а именно:

-За артикул 9 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 2-0, 45 см*" участникът оферира «*3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 2-0, 75 см*";
-За артикул 10 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 0, 45 см*" участникът оферира «*3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 0, 75 см*".
Комисията счита, че с несъответствието на артикули 9 и 10 предложението на участника за номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Сърджимед"ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Сърджимед" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 1.

Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Предоставените мостри от номенклатурна единица № 2 отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Сърджимед" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 7 номенклатурна единица № 2.

7. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Вега Медикал" ЕООД:
Офертата на участника е за обособена № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4 и 6, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 4 и 5 и съдържа две Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4 и 6 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4 и 6, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно несъответствие на мониторираните параметри на шевния материал и от номенклатурни единици №№1, 2, 3 и 4. Несъответствията са следните:
Относно номенклатурна единица № 1:
-За артикул 1 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 27 mm, обла, 3-0, 75"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирал шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 25 mm, обла, 3-0, 75"*, каквато е и предоставената мостра;
-За артикул 2 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 22 mm, обла, 2-0, 75*" в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирал шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 25 mm, обла, 2-0, 75*", каквато е и предоставената мостра.
Комисията счита, че с посочените несъответствия предложението на участника за номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Вега Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Относно номенклатурна единица № 2**:**
-За артикул 1 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 17mm, обла, 4-0, 70"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Pegesorb* с параметри "1/2 кръг, 18 mm, обла, 4-0, 75", кат. *№ G3180*, а са предоставени две мостри *Pegesorb* с параметри съответно *"1/2 кръг, 16 mm, обла, 4-0, 75*", кат. № *G3160 и* "1/2 кръг, 20 mm, обла, 4-0, 75", кат. № *G3200;*
-За артикул 2 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 26 mm, обла, 2-0, 75"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Pegesorb* с параметри *"1/2 кръг, 25 mm, обла, 2-0, 75*", кат. *№ G4176*, а предоставената мостра е *Pegesorb* "*1/2 кръг, 25 mm, обла, 2-0, 75*", кат. *№G5250;*
-За артикул 3 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри "1/2 кръг, 26 mm, обла, 3-0, 75" в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Pegesorb* с параметри "1/2 кръг, 26 mm, обла, 3-0, 75", кат. *№ L4270*, а предоставената мостра е *Pegesorb* "*1/2 кръг, 25 mm, обла, 3-0, 75*", кат. *№G4250.*
-За артикул 5 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри "1/2 кръг, 27 mm, обла, 0, 70" в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Pegesorb* с параметри "1/2 кръг, 25 mm, обла, 0, 75", кат. *№ G6250,* каквато е и предоставената мостра.
Комисията счита, че с посочените несъответствия предложението на участника за номенклатурна единица № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 2.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Вега Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 **номенклатурна единица 2**.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 **номенклатурна единица № 2** не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Относно номенклатурна единица № 3:
-За артикул 6 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"3/8 кръг, 26 мм, обратно режеща, 3-0, 45"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Propilen* с параметри "*3/8 кръг, 26 мм, обратно режеща, 3-0, 75*", кат. *№ R 4263*, каквато е и предоставената мостра;
-За артикул 7 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща, 2-0, 45"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирaн шевен материал *Propilen* с параметри "*3/8 кръг, 26 мм, обратно режеща, 2-0, 75*", кат. *№ R 5263*, каквато е и предоставената мостра.
Комисията счита, че с посочените несъответствия предложението на участника за номенклатурна единица № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Вега Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 номенклатурна единица 3.
Мотиви:

Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Относно номенклатурна единица № 4:
При изискване за *нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат* шевен материал участникът оферира *нерезорбируем синтетичен конец, направен от плетен полиестер*, идеален за сърдечно-съдова и имплантна хирургия. Комисията счита, че предложението на участника за номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели на шевния материал. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 4.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Вега Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 номенклатурна единица 4.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Относно номенклатурна единица № 6:
Проверката за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурна единица № 6, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 6 съгласно утвърдената методика.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№4 и 5 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 4 и 5, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи пълно несъответствие на мониторираните параметри на шевния материал и от двете номенклатурни единици. Несъответствията се изразяват в следното:

За номенклатурна единица № 4:
-За артикул 1 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг,17mm, обла, 3-0, 75 см"* участникът оферира шевен материал *Politer* с параметри *„1/2 кръг,17mm, обла, 3-0, 75 см"*, каталожен № R 4170, а е предоставил мостра с параметри *„3/8 кръг,16mm, режеща, 3-0, 75 см"*, и каталожен № R 4165;
-За артикул 2 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 22 mm, обла, 3-0, 75*

см" участникът оферира шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 22 mm, обла, 3-0, 75 см*", каталожен № R 4200, а е предоставил мостра с параметри *„3/8 кръг, 25 mm, режеща, 3-0, 75 см*", и каталожен № R 4255;

За номенклатурна единица № 5:
За артикул 1 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 10мм. обла игла, 5-0, 75 см"* участникът оферира шевен материал *Silk* с параметри *„1/2 кръг, 10мм. обла игла, 5-0, 75 см*", каталожен № S201, а е предоставил мостра *Silk* с параметри *„3/8 кръг,10mm, обла игла, 5-0, 75 см*", и каталожен № S201;
-За артикул 2 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 13мм. обла игла, 4-0, 45 см"* участникът оферира шевен материал *Silk* с параметри *„1/2 кръг, 13мм. обла игла, 4-0, 45 см*", каталожен № S331, а е предоставил мостра *Silk* с параметри *„3/8 кръг,13mm, обла игла, 4-0, 75 см*", и каталожен № *S331*;
-За артикул 5 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг 35мм обратно режеща, 0, 75 см"* участникът оферира шевен материал *Silk* с параметри *„3/8 кръг 37мм обратно режеща, 0, 75 см"*, каталожен № *S6374,* а е предоставил мостра *Silk* с параметри *„1/2 кръг, 37mm, обратно режеща, 0, 75 см*", и каталожен № *S6374;*
-За артикул 6 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг 24мм. обратно режеща, 2-0, 75 см"* участникът оферира шевен материал *Silk* с параметри „3/8 кръг 26мм. обратно режеща, 2-0, *75 см*", каталожен № S5263, а е предоставил мостра *Silk* с параметри *„1/2 кръг, 20 mm, обла игла, 2-0, 75 см*", и каталожен № *S5200;*
-За артикул 9 при изискване за шевен материал с параметри *„лигатура, 3-0, 5x75 см"* участникът оферира шевен материал *Silk* с параметри *„лигатура, 3-0, 10x75 см*", каталожен № S46, каквато е и предоставената мостра.

Комисията счита, че с посочените несъответствия с параметрите в техническата спецификация и на предоставените мостри предложението на участника за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№4 и 5 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
не допуска „Вега Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 4 и 5.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Вега Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция №3 номенклатурни единици №№ 4 и 5.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 3 номенклатурни единици №№ 4 и 5 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

8. Разглеждане и оценка на техническото предложение на "Екос Медика" ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 4, 9 и 10, обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 1 и 2, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 8 и 9 и съдържа три Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице.Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя, но в „Предложение за изпълнение на поръчката" не е посочил срок на доставка, както е указано в образеца */Приложение № 1 от документацията/*. Комисията счита, че бидейки непълно, Техническото предложение за обособена позиция № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска "Екос Медика" ООД до по нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **"Екос Медика" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Участникът не е представил мостри съгласно указанията на възложителя, и в „Предложение за изпълнение на поръчката" не е посочил срок на доставка, както е указано в образеца */Приложение № 1 от документацията/*. Комисията счита, че бидейки непълно, Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска "Екос Медика" ООД до по нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **"Екос Медика" ООД** да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 2.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **"Екос Медика" ООД** за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 8 и 9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от номенклатурни единици №№ 8 и 9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и единодушно **РЕШИ**:
допуска "Екос Медика" ООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 8 и 9.

9. Разглеждане и оценка на техническото предложение на "Софарма Трейлинг" АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 8 и съдържа едно Техническо предложение, което съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил мостри съгласно указанията на възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на „**Софарма Трейдинг" АД** до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри. Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 8, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска **„Софарма Трейдинг" АД** до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 8.

10. Разглеждане и оценка на техническото предложение на „Б.Браун Медикал" ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1÷7, обособена позиция № 2, номенклатурна единица №1, обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1÷6 и 9, обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 1÷4 и 6÷9, обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№1, 2 и 6, обособена позиция № 6, номенклатурни единици №№ 1÷5 и 7÷9, обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№1 и 2 и и съдържа седем Технически предложения, отделно комплектувани.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1÷7 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Участникът е представил Декларация, че част от представените мостри по оферираните от него обособени позиции, а именно обособени позиции №№1÷5, не са от вида шевен материал, за който е подал оферта, и твърди, че предложените мостри напълно съответстват по технически характеристики, срок на резорбция и качества на оферираните от него видове шевен материал.

В документацията Възложителят е записал за задължително изискване предоставянето на мостри, необходими както за проверка на съответствието на оферирания шевен материал със заложените в Техническата спецификация параметри, така и за прилагането на избрания критерий за възлагане на обществената поръчка - «оптимално съотношение качество/цена», което ще се оценява въз основа на цената и на показател "Качество", съгласно утвърдената методика. Показател "Качество" се изразява с цифра на стойност до 50 т. въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри и на посочени изисквания, съотносими за клиниката, за която е предназначен съответния шевен материал.

Оценката на един вид шевен материал не може да се счита релевантна за друг вид шевен материал, т.е. оценката на представените от участника мостри не може да се счита релевантна за шевния материал, за който участникът е подал оферта. С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника не отговаря предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1÷7, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи следното:
Относно номенклатурна единица № 1 в Предложение за изпълнение на поръчката за артикули 1 и 2 участникът е оферирал шевен материал *Novosyn Quick*, каквито са и представените мостри. За артикул 1 оферираният в Предложение за изпълнение на поръчката шевен материал и предоставената мостра съответстват по параметри с изискванията на Възложителя. За артикул 2 при изискване на Възложителя за шевен материал с параметри *"1/2 кръг, 22 mm, обла, 2-0, 75"* в Предложение за изпълнение на поръчката е оферирал шевен

материал с параметри *"1/2 кръг, 22 mm, обла, 2-0, 70"*, а е предоставена мостра с параметри *"1/2 кръг, 26 mm, обла, 2-0, 70"*. Комисията счита, че с несъответствието на артикул 2 предложението на участника за номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 1.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 1.
Мотиви:
Оферираният шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на техническите показатели и параметри.

Относно номенклатурна единица № 2 в Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Novosyn,* а за артикули 1, 2, 4 и 5 предоставените мостри са от шевен материал *Safil.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 2 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 2.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 3 в Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Optilene*, а за артикули 1, 2, 3 и 5 предоставените мостри са от шевен материал *Premilene.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3 не отговаря предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 3.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 4 в Предложение за изпълнение на поръчката за артикули 1, 3, 4, 5 и 6 участникът е оферирал шевен материал *Premicron /нерезорбируем, плетен, полиестер/, а за артикул 2 - Supramid /нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/*

6/. Предоставените мостри за всички артикули са от шевен материал *Premicron* с каталожни номера, различни от посочените в Предложение за изпълнение на поръчката и в Списъка с мостри. С установеното пълно несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката, Списъка с мостри и реално представените мостри Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 4 не отговаря предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 4 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 4.

Мотиви:

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 4 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 5 в Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Monoplus*, каквито са и представените мостри. За артикули 1, 3 и 4 предоставените мостри са с каталожни номера, различни от посочените в Предложение за изпълнение на поръчката и в Списъка с мостри. С представянето на мостри, различни от шевния материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 5 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 5 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5.

Мотиви:

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 6 Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 6.

Относно номенклатурна единица № 7 Комисията извърши проверка за съответствие на хемостатика, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставената мостра. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" на предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 7.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице, с изключение на „Списък на предоставените мостри на оферирания шевен материал". Участникът не е представил мостри съгласно указанията на възложителя и съответния Списък на предоставените мостри. Посоченият срок на доставка е 5 дни. Участникът е представил Декларация, че част от представените мостри по оферираните от него обособени позиции, а именно за обособени позиции №№1÷5, не са от вида шевен материал, за който е подал оферта, и твърди, че предложените мостри напълно съответстват по технически характеристики, срок на резорбция и качества на оферираните от него видове шевен материал.

Комисията счита, че Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 2 до по нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за задължително предоставяне на мостри на шевния материал, за който е подадена оферта.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1÷6 и 9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Участникът е представил Декларация, че част от представените мостри по оферираните от него обособени позиции, а именно обособени позиции №№1÷5, не са от вида шевен материал, за който е подал оферта, и твърди, че предложените мостри напълно съответстват по технически характеристики, срок на резорбция и качества на оферираните от него видове шевен материал.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1÷6 и 9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи следното:
Относно номенклатурна единица № 1 в Предложение за изпълнение на поръчката за участникът е оферирал шевен материал *Novosyn,* а представените мостри за всички артикули са от шевен материал *Safil.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 не отговаря на

предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 1 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 2 *„Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция"* комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Novosyn Quick-плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция*, а за артикули 5 и 6 предоставените мостри са от шевен материал *Novosyn - синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция/.*

С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 2 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 2.

Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 3 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Optilene*, каквито са и предоставените мостри.
-За артикул 1 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 6 мм, обла игла, 6-0, 30 см*" участникът оферира шевен материал *Optilene* с параметри *„1/2 кръг, 6 мм, двойна обла игла с микро връх, 6-0,200 микрона, 45 см*", каталожен № G 3090743, а е предоставил мостра *Optilene* с параметри *„3/8 кръг, 16 mm, режеща игла, 6-0, 45 см*", и каталожен № 3090211.
-За артикул 2 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг, 16 мм, обла игла, 3-0, 75 см*" участникът оферира шевен материал *Optilene* с параметри *„1/2 кръг,17 мм, обла игла, 3-0, 75 см*", каталожен № С3090014, а е предоставил мостра *Optilene* с параметри *„3/8 кръг, 16 mm, режеща игла, 3-0, 75 см*", и каталожен № 3090514.
-За артикул 3 при изискване за шевен материал с параметри *„1/2 кръг, 17мм, обла игла, 4-0, 75 см*" участникът оферира шевен материал *Optilene* с параметри *„1/2 кръг, 17 мм, обла игла, 4-0, 75 см*", каталожен № С 3090013, а е предоставил мостра *Optilene* с параметри *„3/8 кръг, 24 mm, режеща игла, 4-0, 75 см*", и каталожен № 3090234.
-За артикул 4 при изискване за шевен материал с параметри *„3/8 кръг, 15 mm, обратно режеща игла, 4-0, 75 см*" участникът оферира шевен материал *Optilene* с параметри *„3/8 кръг, 16 mm, обратно режеща игла, 4-0, 45 см*", каталожен № С 3090213, а е предоставил мостра *Optilene* с параметри *„3/8 кръг, 24 mm, режеща игла, 4-0, 75 см*", и каталожен № 3090234.

С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че Техническото предложение на участника за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 3 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 3. ***Мотиви:***
Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 4 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Premicron*. За всички артикули предоставените мостри са от шевен материал *Premicron*, с каталожни номера, различни от посочените в Предложение за изпълнение на поръчката и в Списъка с мостри. С представянето на мостри, различни от шевния материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 4 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 4 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 4.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 5 комисията направи следните констатации:
Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Silkam*. За артикули 1, 2 и 13 предоставените мостри са с каталожни номера, различни от посочените в Предложение за изпълнение на поръчката и в Списъка с мостри. С представянето на мостри, различни от шевния материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 5 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 5 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 5.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица № 5 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 6 Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 3, номенклатурна единица № 6.

Относно номенклатурна единица № 9 Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция №3, номенклатурна единица № 9.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:

допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 1÷4 и 6÷9 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Участникът е представил Декларация, че част от представените мостри по оферираните от него обособени позиции, а именно обособени позиции №№1÷5, не са от вида шевен материал, за който е подал оферта, и твърди, че предложените мостри напълно съответстват по технически характеристики, срок на резорбция и качества на оферираните от него видове шевен материал.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 4, номенклатурни единици №№ 1÷4 и 6÷9, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи следното:
Относно номенклатурна единица № 1 в Предложение за изпълнение на поръчката за участникът е оферирал шевен материал *Novosyn,* а представените мостри за всички артикули са от шевен материал *Safil.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 1 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 1.

Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 2 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Monosyn*, каквито са и предоставените мостри.
Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 2.

Относно номенклатурна единица № 3 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Silkam*, каквито са и представените мостри. За артикули 1 и 2 предоставените мостри са с каталожни номера, различни от посочените в Предложение за изпълнение на поръчката и в Списъка с мостри. С представянето на мостри, различни от шевния материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 3 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 3.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 3 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от шевния материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 4 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Optilene*, а предоставените мостри са от шевен материал *Premilene*. С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 4 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска офертата на „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 4 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага „Б.Браун Медикал" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 4.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 4 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 6 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Novosyn Quick*, каквито са и представените мостри. Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 6.

Относно номенклатурна единица № 7 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал MonoPlus, каквито са и представените мостри. Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 7.

Относно номенклатурна единица № 8 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Premicron*, каквато е и представената мостра. Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри. Проверката установи пълно съответствие на всички мониторирани параметри. Предоставената мостра отговаря на изискванията на Възложителя и комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД до оценка по показател "Качество" предоставените мостри за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 8.

Относно номенклатурна единица № 9 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Safil Parenchyma Set*, каквато е и представената мостра. При изискване за шевен материал с параметри „*Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция-1/2 кръг 45 мм, обла игла със затъпен връх за паренхимни органи, лента 3 мм, 60 см*" участникът оферира шевен материал Safil Parenchyma Set с параметри „*1/2 кръг 45 мм, обла игла с тъп връх, лента 3 мм, 60 см*", каталожен № М 0998520, а е предоставил мостра *Safil Parenchyma Set* с параметри „*1/2 кръг 65 мм, обла игла, лента 3 мм, 65 см*", и каталожен № 0998490. Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 9 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица № 9 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 9.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурна единица № 9 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 1, 2 и 6 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Участникът е представил Декларация, че част от представените мостри по оферираните от него обособени позиции, а именно обособени позиции №№1÷5, не са от вида шевен материал, за който е подал оферта, и твърди, че предложените мостри напълно съответстват по технически характеристики, срок на резорбция и качества на оферираните от него видове шевен материал.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 5, номенклатурни единици №№ 1, 2 и 6, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи следното:
Относно номенклатурна единица № 1 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Novosyn*, каквито са и представените мостри, с изключение на мострата за артикул 8, която е *Safil.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 1 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 2 комисията направи следните констатации:
Наименованието на номенклатурна единица № 2 е „Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6". В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Silkam*, но в „Списък на предоставените мостри на оферирания шевен материал" не е посочено, че се предоставят мостри за номенклатурна единица № 2. Участникът не е представил мостри от *монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6* съгласно указанията на възложителя. Комисията счита, че Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 2 до по нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 2.
Мотиви:

Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 6 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Optilene*, а за артикули 4 и 5 предоставените мостри са от шевен материал *Premilene.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 6 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица № 6 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 6.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 6 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Техническото предложение за обособена позиция № 6 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. В приложения „Списък на предоставените мостри на оферирания шевен материал" в последните две колони са посочени цените на съответния шевен материал, вместо информация за предоставени мостри.
В съответствие с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение следва се съдържа в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", както е записано в документацията на обществената поръчка. Комисията счита, че офертата на участника за обособена позиция № 6 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
не допуска **„Б.Браун Медикал" ЕООД** до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция № 6.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 6.
Мотиви:
Офертата за обособена позиция № 6 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – има посочени цени в документ извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Техническото предложение за обособена позиция № 7 съдържа всички изискуеми от Възложителя документи, надлежно подписани от представляващото лице. Срокът на доставка е 5 дни. Участникът е представил опаковка с мостри. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ**:
допуска офертата на **„Б.Браун Медикал" ЕООД** за обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№1 и 2 до разглеждане на оферирания медицински шевен материал за съответствие с параметрите в техническата спецификация от документацията, техническите показатели и параметри от представения каталог и предоставените мостри.

Комисията извърши проверка за съответствие на медицинския шевен материал от обособена позиция № 7, номенклатурни единици №№ 1 и 2, посочен в Предложение за изпълнение на поръчката, с параметрите в техническата спецификация на възложителя и техническите показатели и параметри от каталога на участника, както и за съответствие с тях на предоставените мостри.

Проверката установи следното:
Относно номенклатурна единица № 1 комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Silkam*, каквито са и предоставените мостри.
-За артикул 2 при изискване за шевен материал с параметри „*1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла, 2-0, 75 см*" участникът оферира шевен материал *Silkam* с параметри „*1/2 кръг, 26 мм, обла игла, 2-0, 75 см*", каталожен № С 0760420, а е предоставил мостра *Silkam* с параметри „*1/2 кръг, 30 мм, обла игла, 2-0, 75 см*", и каталожен № С 0760471.

-За артикул 3 при изискване за шевен материал с параметри „*3/8 кръг, 16 мм, обла игла, 3-0, 75 см*" участникът оферира шевен материал *Optilene* с параметри „*1/2 кръг,17 мм, обла игла, 3-0, 75 см*", каталожен № С3090014, а е предоставил мостра *Optilene* с параметри „*3/8 кръг, 16 mm, режеща игла, 3-0, 75 см*", и каталожен № 3090514.

Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД за обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 1 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 7 номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 7 номенклатурна единица № 1 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

Относно номенклатурна единица № 2,*Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66"* комисията направи следните констатации:
В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е оферирал шевен материал *Supramid, -нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/6*, а предоставените мостри са от шевен материал *Premicron - нерезорбируем, плетен, полиестер.* С представянето на мостри, различни от вида шевен материал, за който участникът е подал оферта Комисията счита, че предложението на участника за обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

не допуска „Б.Браун Медикал" ЕООД обособена позиция № 7, номенклатурна единица № 2 до по-нататъшно участие в процедурата.

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага **„Б.Браун Медикал" ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 7 номенклатурна единица № 2.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 7 номенклатурна единица № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на представяне на мостри от вида шевен материал, за който е подадена оферта.

За всяка номенклатурна единица от обособените позиции, отговаряща на изискванията на ЗОП и условията на документацията, комисията изготвя комплексна оценка (Ккомпл) за икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена", чрез показатели „Цена" и "Качество":
К(компл) = Пц + Пк.

Комисията извърши оценка на допуснатите предложения на участниците по показател "Качество". Показател "Качество" се изразява с цифра на стойност до 50 т. въз основа на експертната оценка на комисията по отношение на предоставените мостри и на посочените в документацията изисквания, съотносими за клиниката, за която са предназначени. Оценката по този показател е обща /една/ за цялата номенклатурна единица, тъй като всяка номенклатурна единица съдържа еднороднен по състав и структура шевен материал. Оценките по показател качество на предоставените от участниците мостри на допуснатите номенклатурни единици са отразени в *Приложение № 1*, неделима част от Протокол № 2.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 1 „Медицински шевен материал за Клиника по хирургия":
Предоставените от участниците мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 2 „Медицински шевен материал за Клиника по очни болести":
Предоставените от участника мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 3 „Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия":
Предоставените от участниците мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 4 „Медицински шевен материал за Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология":
Предоставените от участниците мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 5 „Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология":
Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от обособената позиция са участниците както следва:
-„Благи" ООД - за номенклатурни единици 1, 2, 4 и 5. За номенклатурни единици 2, 4 и 5 предоставените от участника мостри получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им. За номенклатурна единица 1 предоставената мостра получава 40 т., тъй като при изваждане от опаковката конецът се заплете и затрудни осигуряването на здрав, сигурен и надежден възел;
-„Ка-М Медиъл"ЕООД - за номенклатурна единица 2. Предоставената мостра получава 40 т., тъй като при изваждане от опаковката конецът се заплете и затрудни осигуряването на здрав, сигурен и надежден възел;
-„Рей Медикъл"ЕООД - за номенклатурни единици 2, 4 и 5. За номенклатурни единици 4 и 5 предоставените от участника мостри получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им. За номенклатурна единица 2 предоставената мостра получава 40 т., тъй като при изваждане от опаковката конецът се заплете и затрудни осигуряването на здрав, сигурен и надежден възел;
-„Сърджимед" ЕООД - за номенклатурна единица 1. Предоставената от участника мостра получава максималния брой 50 т. тъй като покрива напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението му.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 6 „Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести":

Предоставените от участниците мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 7 „Медицински шевен материал за Спешно отделение":
Предоставените от участниците мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

Мотиви за оценката на комисията за Обособена позиция № 8 "Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци":
Предоставените от участника мостри на шевни материали за допуснатите номенклатурни единици получават максималния брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно спецификата на предназначението им.

На 07.01.2019г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснаттите номенклатурни единици от обособените позиции. С писмо Изх. № 1370/28.12.2018г., публикувано на Профила на купчава на участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите номенклатурни единици и оповести предлаганите цени, комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Единичните цени на 1 брой конец/хемостатик за всяка номенклатурна единица от офертите на участниците са дадени в *Приложение № 2*, неделима част от Протокол № 2. Комисията установи, че ценовите предложения на някои участници надвишават прогнозните стойности, определени от Възложителя, а именно:

◊ „Благи" ООД - за обособена позиция № 6 номенклатурна единица 4;
◊„Ка-М Медикъл" ЕООД – за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 8, обособена позиция № 3, номенклатурни единици 7 и 8, обособена позиция № 5, номенклатурна единица 2, обособена позиция № 6, номенклатурна единица 10,
◊„Сърджимед" ЕООД - за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 4 и 7, обособена позиция № 6 номенклатурна единица 4;
◊"Екос Медика" ООД - за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 8.

Комисията счита, че тези ценови предложения не отговарят на предварително обявените условия на поръчката - надвишават прогнозните стойности, определени от Възложителя като максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката. Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно **РЕШИ**:

На основание **чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП** комисията предлага на възложителя да бъдат отстранени от участие в процедурата „Благи" ООД за обособена позиция № 6 номенклатурна единица 4, „Ка-М Медикъл" ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 8, обособена позиция № 3, номенклатурни единици 7 и 8, обособена позиция № 5, номенклатурна единица 2, обособена позиция № 6, номенклатурна единица 10, „Сърджимед" ЕООД за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 4 и 7, обособена позиция № 6 номенклатурна единица 4 и "Екос Медика" ООД за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 8.

Мотиви:
Ценовите предложения на участниците за посочените номенклатурни единици надвишават прогнозните стойности, определени от Възложителя като максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката.

Комисията установи, че ценовите предложения за определени номенклатурни единици на някои участници са с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. На основание чл. 72 ал.1 от ЗОП с Писма Изх. № 38/1÷2/14.01.2019г. бяха поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва:
◊ „Вега Медикал" ЕООД - заобособена позиция № 1, номенклатурна единица 6;
◊ „Благи" ООД - за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2 и 5 и за обособена позиция № 4, номенклатурни единици 2, 6, 7 и 8.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок. След като извърши обсъждане на представената от участника „Благи" ООД писмена обосновка с вх. № 107-1/16.01.2019 г., комисията счита изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително благоприятни условия за участника за предоставяне на продуктите на производителя. Оферираният шевен материал е на български производител, което дава възможност за намаляване на себестойността-към цената няма допълнителни разходи, свързани с транспорт и такси, и предоставяне на конкурентоспособни цени.

Комисията извърши обсъждане на представената от участника „Вега Медикал" ЕООД писмена обосновка с вх. № 107-2/17.01.2019 г. и считайки изложените факти за обективни, приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително благоприятни условия за участника. Като единствен дистрибутор на производителя за територията на Р. България, с цел увеличаване на оборота и налагане на пазара на продуктите на производителя, участникът ги предоставя на ниски цени за сметка на размера на печалбата. Наличието на не малка складова база води до оптимизиране на разходите за транспорт.

Класирането на допуснатите участници се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/цена» и получената *комплексна оценка К(компл)* съгласно методиката, за всяка номенклатурна единица от обособените позиции.

Класирането е отразено в *Приложение № 3*, неделима част от Протокол № 2. Комисията предлага на възложителя да бъдат сключении договори за изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници.

Комисията предлага на възложителя основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП процедурата да бъде прекратена за обособена позиция № 6, номенклатурна единица 1.
Мотиви:
За номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 6 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на възложителя основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП процедурата да бъде прекратена за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 4 и 10, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2 и 3, обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1 и 9, обособена позиция № 5, номенклатурни единици 3 и 6, обособена позиция № 6, номенклатурна единица 9.

Мотиви:
Всички подадени оферти за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 4 и 10, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2 и 3, обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1 и 9, обособена позиция № 5, номенклатурни единици 3 и 6, обособена позиция № 6, номенклатурна единица 9 са неподходящи - не отговарят на техническата спецификация и на предварително обявените условия на поръчката.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД–02–502/05.10.2018г. срок. Протокол № 2 е подписан от комисията на 28.01.2019 г.

Комисия

Председател: ..

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД

Приложение № 1

Обособена позиция №1 **"Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"**

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	„МТИ" ООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	„Бикомед" ООД	„Вега Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
		Пк	Пк	Пк	Пк	Пк	Пк	Пк
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза**		50,00		50,00			
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна**	50,00	50,00		50,00			
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**		50,00					
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна**							
5.	**Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция**		50,00	50,00	50,00			
6.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**		50,00	50,00	50,00		50,00	50,00
7.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***							50,00
8.	**Хемостатична гъба - размери: ***			50,00	50,00	50,00		

9.	**Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резирбируем материал /хемостатична мрежа/ - размери: ***				50,00			
10.	**Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор ***							

Приложение № 1

Обособена позиция № 2 **"Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"**

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	„Бикомед" ООД
				Пк
1.	Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат			
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, шпатулирана 3/8 – 6.55 мм, с две игли	10-0	30	50
3.	Естествена плетена коприна от органичен протеин			50

Приложение № 1

Обособена позиция № 3 **"Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"**

Обособена позиция №/ном. ед.	Вид на иглата	„МТИ" ООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Бикомед" ООД	"Сърджимед" ЕООД	"Екос Медика" ООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
		Пк	Пк	Пк	Пк	Пк	Пк	Пк
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие**	50,00	50,00					
2.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция**							
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**							
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.**		50,00			50,00		
5.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие**		50,00					
6.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 cм ***							50,00
7.	**Хемостатична гъба * - размери 125/80/10**			50,00	50,00	50,00		
8.	**Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см**			50,00		50,00	50,00	
9.	**Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г.**					50,00	50,00	50,00

Приложение № 1

Обособена позиция № 4 **"Медицински шевен материал за Клиника по урология"**

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Дебелина на конеца	Дължина на конеца, см	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
				Пк	Пк	Пк	Пк	Пк
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция							
2.	Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция			50,00			50,00	50,00
3.	Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие			50,00				
4.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен			50,00			50,00	
5.	Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид - 3/8 кръг 19 мм режеща игла	3-0	45	50,00			50,00	
6.	Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция			50,00		50,00		50,00

7.	Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция			50,00			50,00	50,00
8.	Синтетичен плетен нерезорбируем конец. състав полиестер-1/2кръг 26мм обла игла	3-0	70	50,00	50,00		50,00	50,00
9.	Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция - 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи	лента 3мм	60					

Приложение № 1

Обособена позиция № 5 **"Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"**

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД
1	2	Пк	Пк	Пк	Пк
1.	**Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция с покритие**	40,00			50,00
2.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6**	50,00	40,00	40,00	
3.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон - лигатура**				
4.	**Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие**	50,00		50,00	
5.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие - 1/2кръг 30 мм режеща игла**	50,00		50,00	
6.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**				

Приложение № 1

Обособена позиция №6**"Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"**

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Бикомед" ООД	"Сърджимед" ЕООД
		Пк	Пк	Пк	Пк
1.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза резорбция				
2.	Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие средносрочна резорбция	50,00			50,00
3.	Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон	50,00			
4.	Нерезорбируем монофиламентен полипропилен - 1/2 кръг, 17mm, обла	50,00	50,00		50,00
5.	Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие - 1/2 кръг, 22mm, обла	50,00			50,00
6.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66	50,00			
7.	Естествена плетена коприна от органичен протеин	50,00			
8.	Естествена плетена коприна от органичен протеин	50,00			
9.	Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см *				
10.	Хемостатична гъба - размери:		50,00	50,00	50,00

Приложение № 1

Обособена позиция № 7 **"Медицински шевен материал за Спешно отделение"**

Обособена позиция №/ном. ед. №	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	"Сърджимед" ЕООД
		Пк	Пк
1.	Естествена плетена коприна от органичен протеин	50	
2.	Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66	50	50

Приложение № 1

Обособена позиция № 8**"Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"**

артикул №	Вид на конеца	"Софарма Трейдинг" АД
		Пк
	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци	**50,00**
1	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	
2	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	
3	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	
4	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	
5	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	

Приложение № 2

Обособена позиция №1"Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	„МТИ" ООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	„Бикомед" ООД	„Вега Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
			Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза резорбция**	960,00		423,84		861,12			
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**	26040,00	24984,00	14748,00		24372,00			
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**	5491,20		4378,80					
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна**	792,00							
5.	**Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция**	7152,00		3888,00	6144,48	7132,80			

6.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	1056,00		843,36	930,00	1053,60		610,80	1053,60
7.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***	3200,00							2836,40
8.	**Хемостатична гъба - размери: ***	5400,00			8064,00	5390,00	4590,00		
9.	**Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резирбируем материал /хемостатична мрежа/ - размери: ***	10000,00				8900,00			
10.	**Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор ***	7200,00							

Приложение № 2

Обособена позиция № 2 "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	„Бикомед" ООД
			Ц
1.	**Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат**	38160,00	
2.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, шпатулирана 3/8 – 6.55 мм, с две игли**	4224,00	4005,12
3.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	7680,00	7372,80

Приложение № 2

Обособена позиция № 3 "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"

Обособена позиция №/ном. е.	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв	„МТИ" ООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Бикомед" ООД	"Сърджимед" ЕООД	"Екос Медика" ООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
			Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие**	9576,00	8743,20	5142,96					
2.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция**	6480,00							
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**	2323,20							
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.**	1478,40		1008,00			1603,20		
5.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие**	9098,40		6990,96					

6.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***	800,00							709,10
7.	**Хемостатична гъба * - размери 125/80/10**	4000,00			9408,00	3416,00	5760,00		
8.	**Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см**	20000,00			23184,00		18400,00	30544,00	
9.	**Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г.**	6048,00					4536,00	6007,68	5060,16

Приложение № 2

Обособена позиция № 4 "Медицински шевен материал за Клиника по урология"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД
			Ц	Ц	Ц	Ц	Ц
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**	29676,00					
2.	**Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция**	2016,00	919,68			1685,76	1948,80
3.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие**	1689,60	1301,76				
4.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**	828,00	275,04			618,48	
5.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид - 3/8 кръг 19 мм режеща игла**	180,00	113,04			180,00	
6.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция**	4680,00	2104,80		2311,20		4188,09

7.	**Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция**	1248,00	522,72			856,80	1227,84
8.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер - 1/2кръг 26 мм обла игла**	432,00	216,00	259,20		362,88	430,56
9.	**Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция - 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи**	1440,00					

Приложение № 2

Обособена позиция № 5 "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Съръжимед" ЕООД
1	2	7	Ц	Ц	Ц	Ц
1.	**Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция с покритие**	28500,00	12828,24			24425,76
2.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6**	432,00	347,04	480,96	266,40	
3.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон - лигатура**	144,00				
4.	**Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие**	540,00	372,96		225,36	
5.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие - 1/2кръг 30 мм режеща игла**	432,00	354,24		324,00	
6.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**	2256,00				

Приложение № 2

Обособена позиция №6 "Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Бикомед" ООД	"Сърджимед" ЕООД
			Ц	Ц	Ц	Ц
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза резорбция**	16800,00				
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие средносрочна резорбция**	10836,00	6133,20			10826,40
3.	**Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон**	2160,00	606,00			
4.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен - 1/2 кръг, 17mm, обла**	528,00	600,00	475,20		732,00
5.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие - 1/2 кръг, 22mm, обла**	360,00	312,00			354,00
6.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66**	720,00	376,80			
7.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	4704,00	4052,40			
8.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	8544,00	6761,28			
9.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 cm ***	4800,00				
10.	**Хемостатична гъба - размери:**	2340,00		3230,40	2013,00	2310,00

Приложение № 2

Обособена позиция № 7 "Медицински шевен материал за Спешно отделение"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	Прогнозна ст-т на ном. ед., лв. без ДДС	"Благи"ЕООД	"Сърджимед" ЕООД
			Ц	Ц
1.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	8160,00	6630,00	
2.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66**	5100,00	3264,00	5100,00

Приложение № 2

Обособена позиция № 8"Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"

артикул №	Вид на конеца	Дебелина на конеца	Прогнозна ст-т на об. поз. , лв. без ДДС	"Софарма Трейдинг" АД
			6	Ц
	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци		29000,00	29000,00
1	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	3-0	4000,00	
2	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	2	8000,00	
3	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	4	6000,00	
4	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	0	5000,00	
5	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци -	6	6000,00	

Приложение № 3

Обособена позиция №1"Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	„МТИ" ООД			„МТИ" ООД			"Благи"ЕООД			„Ка-М Медикъл" ЕООД			„Ка-М Медикъл" ЕООД			"Сърджимед" ЕООД			"Сърджимед" ЕООД			„Бикомед" ООД			„Бикомед" ООД			„Бикомед" ООД		
		Пк		Пц	Кк			Пк		Пц	Кк			Пк		Пц	Кк			Пк		Пц	Кк			Пк		Пц	Кк		
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза**					50,00		50,00		100,00								50,00			24,61			74,61							
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**	50,00		29,51	79,51	50,00		50,00		100,00								50,00			30,26			80,26							
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**					50,00		50,00		100,00																					

4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна**															
5.	**Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция**				50,00	50,00	100,00	50,00	31,64	81,64	50,00	27,25	77,25			
6.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**				50,00	36,21	86,21	50,00	32,84	82,84	50,00	28,99	78,99			
7.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 х 5**															
8.	**Хемостатична гъба-размери: ***										50,00	42,58	92,58	50,00	50,00	100,00
9.	**Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резирбируем материал /хемостатична мрежа/ - размери: ***										50,00	50,00	100,00			
10.	**Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор ***															

Приложение № 3

Обособена позиция №1"Медицински шевен материал за Клиника по хирургия"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	„Вега Медикал" ЕООД			„Б.Браун Медикал" ЕООД			I-во място	II-ро място	III-то място	IV-то място
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк				
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза**							**Благи**	**Сърджимед**		
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**							**Благи**	**Сърджимед**	**МТИ**	
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**							**Благи**			

4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни снопа влакна**										
5.	**Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция**							**Благи**	**Ка-ММедикъл**	**Сърджимед**	
6.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	50,00	50,00	100,00	50,00	28,99	78,99	**Вега Медикал**	**Благи**	**Ка-ММедикъл**	**Сърджимед/Б. Браун**
7.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок**				50,00	50,00	100,00	**Б. Браун**			
8.	**Хемостатична гъба-размери: ***							**Бикомед**	**Сърджимед**		
9.	**Хемостатици за ендоскопска и конвенционална хирургия от резирбируем материал /хемостатична мрежа/ - размери: ***							**Сърджимед**			
10.	**Резорбируем течен желатинов хемостатик с ригиден и флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с тромбин или физиологичен разтвор ***										

Приложение № 3

Обособена позиция № 2 "Медицински шевен материал за Клиника по очни болести"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	„Бикомед" ООД	„Бикомед" ООД	„Бикомед" ООД	I-во място
		Пк	Пц	Кк	
1.	**Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и калциев стеарат**				
2.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, шпатулирана 3/8 – 6.55 мм, с две игли**	50	50	100	**Бикомед**
3.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	50	50	100	**Бикомед**

Приложение № 3

Обособена позиция № 3 "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"

Обособена позиция №/ном. е.	Вид на иглата	„МТИ" ООД			"Благи"ЕООД			„Бикомед" ООД			"Сърджимед" ЕООД		
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие**	50,00	29,41	79,41	50,00	50,00	100,00						
2.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция**												
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**												
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.**				50,00	50,00	100,00						
5.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие**				50,00	50,00	100,00						

6.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***												
7.	**Хемостатична гъба * - размери 125/80/10**							50	50,00	100,00			
8.	**Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см**										50	50,00	100,00
9.	**Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г.**										50	50,00	100,00

Приложение № 3

Обособена позиция № 3 "Медицински шевен материал за Клиника по неврохирургия"

Обособена позиция №/ном. е	Вид на иглата	"Екос Медика" ООД	"Екос Медика" ООД	"Екос Медика" ООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД	I-во място	II-ро място	III-то място
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк			
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден срок на резорбция с покритие**							**Благи**	**МТИ**	
2.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза резорбция**									
3.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен**									
4.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие. Двойно опакован.**							**Благи**		
5.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин с игли със силиконово покритие**							**Благи**		

6.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***				50	50,00	100,00	**Б. Браун**		
7.	**Хемостатична гъба * - размери 125/80/10**							**Бикомед**		
8.	**Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см**							**Сърджимед**		
9.	**Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5 г.**	50	37,75	87,75	50	44,82	94,82	**Сърджимед**	**Б. Браун**	**Екос Медика**

Приложение № 3

Обособена позиция № 4 "Медицински шевен материал за Клиника по урология"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**												
2.	**Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция**	50,00	50,00	100,00							50,00	27,28	77,28
3.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие**	50,00	50,00	100,00									
4.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**	50,00	50,00	100,00							50,00	22,24	72,24
5.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид - 3/8 кръг 19 мм режеща игла**	50,00	50,00	100,00							50,00	31,40	81,40
6.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция**	50,00	50,00	100,00				50,00	45,53	95,53			

7.	**Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция**	50,00	50,00	100,00							50,00	30,50	80,50
8.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер - 1/2кръг 26 мм обла игла**	50,00	50,00	100,00	50,00	41,67	91,67				50,00	29,76	79,76
9.	**Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция - 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи**												

Приложение № 3

Обособена позиция № 4 "Медицински шевен материал за Клиника по урология"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	„Б.Браун Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД	„Б.Браун Медикал" ЕООД	I-во място	II-ро място	III-то място	IV
		Пк	Пц	Кк				
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, средносрочна резорбция**							
2.	**Синтетичен монофиламентен конец със среден срок на резорбция**	50,00	23,60	73,60	**Благи**	**Сърджимед**	**Б. Браун**	
3.	**Нерезорбируем натурален оплетен конец от естествена коприна с покритие от восък и пречистен парафин, с игли със силиконово покритие**				**Благи**			
4.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**				**Благи**	**Сърджимед**		
5.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид - 3/8 кръг 19 мм режеща игла**				**Благи**	**Сърджимед**		
6.	**Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок на резорбция**	50,00	25,13	75,13	**Благи**	**Рей Медикъл**	**Б. Браун**	

7.	**Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с дълъг срок на резорбция**	50,00	21,29	71,29	**Благи**	**Сърджимед**	**Б. Браун**	
8.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер - 1/2кръг 26 мм обла игла**	50,00	25,08	75,08	**Благи**	**Ка-ММедикъл**	**Сърджимед**	**Б. Браун**
9.	**Синтетичен плетен конец със среден срок на резорбция - 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за паренхимни органи**							

Приложение № 3

Обособена позиция № 5 "Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия и травматология"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	„Рей Медикъл" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	I-во място	II-ро място
1	2	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк		
1.	**Плетен синтетичен резорбируем конец със среден срок на резорбция с покритие**	40	50,00	90,00				50	26,26	76,26	**Благи**	**Сърджимед**
2.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полиамид 6/6.6**	50	38,38	88,38	40	50,00	90,00				**Рей Медикъл**	**Благи**
3.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер с покритие от силикон - лигатура**											
4.	**Нерезорбируем натурален плетен конец от естествена коприна с покритие**	50	30,21	80,21	50	50,00	100,00				**Рей Медикъл**	**Благи**
5.	**Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав полиестер без покритие - 1/2кръг 30 мм режеща игла**	50	45,73	95,73	50	50,00	100,00				**Рей Медикъл**	**Благи**
6.	**Монофиламентен нерезорбируем конец от полипропилен**											

Приложение № 3

Обособена позиция №6"Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Ка-М Медикъл" ЕООД	„Бикомед" ООД	„Бикомед" ООД	„Бикомед" ООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза резорбция**												
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие средносрочна резорбция**	50,00	50,00	100,00							50,00	28,33	78,33
3.	**Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон**	50,00	50,00	100,00									
4.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен - 1/2 кръг, 17mm, обла**				50,00	50,00	100,00						
5.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие - 1/2 кръг, 22mm, обла**	50,00	50,00	100,00							50,00	44,07	94,07
6.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66**	50,00	50,00	100,00									

7.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	50,00	50,00	100,00									
8.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	50,00	50,00	100,00									
9.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 cm ***												
10.	**Хемостатична гъба - размери:**							50,00	50,00	100,00	50,00	43,57	93,57

Приложение № 3

Обособена позиция №6"Медицински шевен материал за Клиника по УНГ болести"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	I-во място	II-ро място	III-то място
1.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие, бърза резорбция**			
2.	**Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие средносрочна резорбция**	**Благи**	**Сърджимед**	
3.	**Синтетичен, резорбируем, монофиламентен полидиоксанон**	**Благи**		
4.	**Нерезорбируем монофиламентен полипропилен - 1/2 кръг, 17mm, обла**	**Ка-ММедикъл**		
5.	**Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен терефталат със силиконизирано покритие - 1/2 кръг, 22mm, обла**	**Благи**	**Сърджимед**	
6.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66**	**Благи**		

7.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	**Благи**		
8.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	**Благи**		
9.	**Хемостатик от естествен НДА колаген с висока плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок на пълна резорбция 3 седмици, с размери 3 x 5 см ***			
10.	**Хемостатична гъба - размери:**	**Бикомед**	**Сърджимед**	

Приложение № 3

Обособена позиция № 7 "Медицински шевен материал за Спешно отделение"

Обособена позиция №/ном. ед.№	Вид на иглата	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	"Благи"ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	"Сърджимед" ЕООД	I-во място	II-ро място
		Пк	Пц	Кк	Пк	Пц	Кк		
1.	**Естествена плетена коприна от органичен протеин**	**50,00**	**50,00**	**100,00**				**Благи**	
2.	**Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**32,00**	**82,00**	**Благи**	**Сърджимед**

Приложение № 3

Обособена позиция № 8"Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци"

артикул №	Вид на конеца	Дебелина на конеца	"Софарма Трейдинг" АД			I-во място
			Пк	Пц	Кк	
	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци		**50,00**	**50,00**	**100,00**	**СофармаТрейдинг**
1	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	3-0				
2	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	2				
3	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	4				
4	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	0				
5	Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - нестерилни	6				