



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
· ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ · ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. "Бяло море" № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

<http://www.isul.eu/>

· ЦАРИЦА ЙОАННА ·  
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - София

Изх. № 265/24.03.2015 г.

До

.....  
.....

**Относно:** Постъпило запитване по чл.101б, ал. 6 от ЗОП с наш вх. № 633/23.03.2015 г. относно документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване за урологични изследвания – специализирана видео-ендоскопска система за Отделение по урология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД”

Моля за разяснение на техническата спецификация:

**Въпрос №1:** Подробности за позиция 5 – капсула за цистоскоп, каква е тази капсула, какво представлява?

**Отговор №1:** Представлява тръба-шафт със запушалка-обтуратор за „водене“ на цистоскопа.

**Въпрос №2:** Поз. 6 и 11 – имат ли друга разлика, освен каналите, да разбираме ли, че поз. 6 е с 2 канала, а позиция 11 с 1 канал?

**Отговор №2:** Позиция 6 е с 2 канала, а позиция 11 – с 1 и адаптиран за уретротомиа.

**Въпрос №3:** Позиция 13 – какъв е този работен елемент, това инструмент ли е?

**Отговор №3:** Да, това е инструмент за биполярна резекция на тъкан.

**Въпрос №4:** Позиция 14 – колко електроди и какви искате?

**Отговор №4:** 3 броя биполярни електроди.

Изпълнителен директор:

/доц. д-р Григорий Неделков, дм/

