



ЦАРИЦА ЙОАННА
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - София

Изм. № 913 / 30.08.
2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване във връзка с открита процедура с предмет "Доставка на лабораторни консумативи за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Въпрос № 1: Обособена поз. № 4, номенклатурна единица 3 е "Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 мл с винтово капаче, стоящи". Бихте ли уточнили епруветките конични, или стоящи да са?

Отговор № 1: Консумативите следва да са стерилни центрофужни конични епруветки от 2 мл с винтово капаче и възможност за стоене (наличие на "пола" или "престилка").


Въпрос № 2: Обособена поз. № 4, номенклатурна единица 31 е специфирана лаконично "Калибрирани термометри, 2 бр". Възможно ли е, като за измервателен уред да посочите някакви параметри - обхват, точност и т.н.?

Отговор № 2: Калибрираните термометри следва да са електронни, с обхват на измерване от +40°C до +90°C и точност до $\pm 0,01^\circ\text{C}$.

Въпрос № 3: Обособена поз. № 3, номенклатурна единица 10 - какво се има предвид под "Контейнери за влажна камера", 6 броя, с прогнозна стойност 10,20 лева?

Отговор № 3: Под "Контейнери за влажна камера" следва да се разбира затворени съдове за инкубиране на кръвни проби на 37°C, 6 броя, с прогнозна стойност 10,20 лева.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



/проф. д-р Бойко Коруков, дм/

Заличена
информация