



ЦАРИЦА ЙОАННА ·
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет **“Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД по три обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 „Апаратура за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 – срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо” с динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол”;

Обособена позиция № 2 – „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа”;

Обособена позиция № 3 – „Апаратура за Спешно отделение – автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антители, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане”. Процедурата е обявена с **Решение № РД - 03 - 47/28.07.2017 г.** на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № **00494-2017-0022**.

Във връзка с постъпила жалба с искане за налагане на временна мярка „Спиране на процедурата” със **„Съобщение”**, публикувано в „Профил на купувача” на 30.08.2017 г. Възложителят е уведомил потенциалните участници за спиране обществената поръчка, считано от 25.08.2017 г. в частта по обособена позиция № 1 - „Апаратура за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 – срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо” с динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол” до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка или до влизане в сила на решение по жалбата. За обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 процедурата продължава.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти е назначена със **Заповед № РД-02-496/08.09.2017 г.** на Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков – юристконсулт
Членове: 1. Йончо Йончев – ръководител ТС
2. д-р Иван Терзиев – н-к „Отделение по обща и клинична патология”
3. д-р Божидар Кръстев – Клиника по кардиология
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:

1. Радка Калъпова – гл. юристконсулт
2. Румяна Доганова – н-к сектор ДДП

На **08.09.2017** г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор назначената комисия се събра за разглеждане на постъпилите оферти на участниците за обособена позиция № 2 – „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа” и обособена позиция № 3 – „Апаратура за Спешно отделение – автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антители, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане”.

Получените оферти са както следва:

1. „**Омнимед**” ООД - оферта № 1/29.08.2017 г. - 12:00 ч.
2. „**Интер Бизнес 91**” ЕООД - оферта № 2/05.09.2017 г. - 13:30 ч.
3. „**Елта 90М**” ООД - оферта № 3/07.09.2017 г. - 15:15 ч.
4. „**Биосистеми**” ООД - оферта № 4/07.09.2017 г. - 16:15 ч.

Получените оферти бяха предадени с приемо–предавателен протокол на председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок за подаване на оферти – лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и отделни запечатани пликосе с надпис “Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликосете с надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

1. Офертата на участника „**Омнимед**” ООД е за **обособена позиция № 2** - „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията **допуска** „**Омнимед**” ООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „**Интер Бизнес 91**” ЕООД е за **обособена позиция № 3** - „Апаратура за Спешно отделение – автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антители, базиран на комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията **допуска „Интер Бизнес 91” ЕООД** до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника **„Елта 90М” ООД** е за **обособена позиция № 2** - „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията **допуска „Елта 90М” ООД** до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника **„Биосистеми” ООД** е за **обособена позиция № 2** - „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията **допуска „Биосистеми” ООД** до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на **19.10.2017 г.** комисията разгледа техническите предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Техническата спецификация за **обособена позиция № 2** - „Апаратура за Отделение по обща и клинична патология – напълно отворена автоматична система за първични антители и визуализация с напълно отворен протокол за работа”, и се състои от два отделни апарата - Автостейнер и Модул за депарафинизиране и епитопно разкриване (РТ модул)”.

Техническо предложение следва да съдържа:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Приложение № 6, и/или Приложение № 6А и/или Приложение № 6Б;
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 7;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 8;
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Приложение № 9;
6. Декларация от производителя за съответствие на предлаганата апаратура със съществените изисквания на Directive 93/42 EEC (CE mark), придружена с превод на български език;
7. Декларация от производителя относно годината на производство на предлаганата апаратура /съобразено с изискването на възложителя, посочено в Раздел II от настоящата документация/, придружена с превод на български език;
8. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура (оборудване) или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва доставка на предлаганата апаратура на територията на Република България /в случай че участникът не е производител/, придружено с превод на български език;
9. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура (оборудване) или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с права да извършва сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата, придружено с превод на български език;

10. Документи на производителя, доказващи съответствието на предлаганата апаратура с минималните изисквания /каталози/проспекти, или др./ придружени с превод на български език.

Изисквания на Възложителят относно датата на производство на оферираните апарати:

- за обособена позиция № 2 - оферираната апаратура трябва да бъде произведена не по-рано от 01.01.2016г.
- за обособена позиция № 3 - оферираната апаратура трябва да бъде произведена не по-рано от 01.01.2016г.

Изисквания на Възложителят относно минимални гаранционни срокове на доставената апаратура, считано от датата на въвеждането и в експлоатация:

- за обособена позиция № 2 - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца;
- за обособена позиция № 3 - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца.

Изисквания на Възложителят относно максимални срокове за доставка:

- за обособена позиция № 2 - до 30 дни, считано от датата на подписване на договора;
- за обособена позиция № 3 - до 45 дни, считано от датата на подписване на договора.

Участник, който е предложил по-малък гаранционен срок и по-дълъг срок за доставка ще бъде отстранен от участие.

1, Офертата на участника „Омнимед” ООД е за **обособена позиция № 2** и съдържа техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е **24 месеца**. Срокът на доставка за обособената позиция е **29 дни**. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Омнимед” ООД до отваряне на ценовото предложение.

2. Офертата на участника „Интер Бизнес 91” ЕООД е за **обособена позиция № 3** и съдържа техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 6Б. Гаранционен срок на доставената апаратура е **12 месеца**. Срокът на доставка за обособената позиция е **45 дни**. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Интер Бизнес 91” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

3, Офертата на участника „Елта 90М” ООД е за **обособена позиция № 2** и съдържа техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е **24 месеца**. Срокът на доставка за обособената позиция е **30 дни**. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно **РЕШИ:**
допуска „Елта 90М” ООД до отваряне на ценовото предложение.

4. Офертата на участника „Биосистеми” ООД е за обособена позиция № 2 и съдържа техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 6А. Гаранционен срок на доставената апаратура е **24 месеца**. Срокът на доставка за обособената позиция е **30 дни**.

В техническото предложение участника е проложил както следва:

➤ Декларация от производителя „Байо ЕсБи Инк.” с която е декларирано, че автоматичната система Байо ЕсБи ТинтоСтейнър за ИНС (произведен от „ТермоФишер Сайънтифик” продукт „Аутостейнер 480s”) е произведена след 01.01.2017 г. Декларацията е подписана от д-р Алфонсо Херас в качеството му на президент и главен изпълнителен директор.

➤ Оторизационно писмо от „Байо ЕсБи Инк.” към участника „Биосистеми” ООД даващо право за разпространение, продажба, оферирание в тръжни процедури, доставки, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Комисията счита, че така предоставените декларация и оторизационно писмо съдържат противоречива информация относно производителя на апаратурата.

С писмо с наш изх. № 1146/03.11.2017 г. беше изискано разяснение относно производителя на оферираната апаратура. Участника уточни с писмо от 07.11.2017 г., че производител на системата “BIO SB TintoStainer” е „Байо ЕсБи Инк.” като се вгражда модул от „ТермоФишер Сайънтифик” към други модули, компютър и софтуер за формиране на апаратурата.

В Приложение № 6А - „Предложение за изпълнение на поръчката” участника е оферирал система състояща се от два отделни апарата – Аутостейнер (ТинтоСтейнър 48 стъкла) и модул за депарафинизиране и епитопно възстановяване (Тинти Ретривър РТ модул). След разглеждане на представеното уточнение комисията счита, че е необходимо представяне на оторизация и от „ТермоФишер Сайънтифик” като производител на единия от апаратите, формиращи системата. Участника е представил оторизационно писмо от производителя „Байо ЕсБи Инк.”. В техническото предложение липсва оторизационно писмо от производителя на един от апаратите - модула за депарафинизиране и епитопно възстановяване (Тинти Ретривър РТ модул) „ТермоФишер Сайънтифик”.

Приложен е каталог на производителя “Bio SB” Inc. придружен с превод на български език, който не съдържа необходимата информация относно модул за напълно автоматично едновременно депарафинизиране и епитопно възстановяване (Тинто Ретривър РТ модул) за установяване на съответствието на оферираната система към минималните изисквания на Възложителя. След направена справка на сайта на производителя <http://www.biosb.com> в публикуваната брошура на „Тинто Ретривър РТ модул” на адрес http://www.biosb.com/wp-content/uploads/2015/06/PT-Module-brochure-2015_LR.pdf, е видно, че липсва необходимата информация за установяване на съответствие.

Мотивирана от гореизложеното, комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

На основание **чл. 107, т. 2, б.”а”** от ЗОП комисията предлага „Биосистеми” ООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви:

В техническото предложение е оферирана система, състояща се от два отделни апарата. Липсва оторизационно писмо от производителя на един от апаратите („ТермоФишер Сайънтифик”). Приложен е каталог на производителя “Bio SB” Inc., който не съдържа необходимата информация относно модул за напълно автоматично едновременно депарафинизиране и епитопно възстановяване (Тинто Ретривър РТ модул) за установяване на съответствието на оферираната система към минималните изисквания на Възложителя.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и техническите предложения на участниците. Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на 09.11.2017 г.

Комисия:

Председател:

Членове:

Заличена информация